

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup aparatu RTG (analogowy) typu „telekomando” w ramach zadania pn. „Wsparcie działań Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”**

Działając na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 650 000,00 zł brutto. Do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Poniżej przedstawiam dane przedmiotowej oferty.

numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	cena brutto w zł	czas realizacji zamówienia w tygodniach	jakość – parametry techniczne	gwarancja oraz warunki płatności
1.	SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 15A 02-726 Warszawa	645 840,00	5	I UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG <ul style="list-style-type: none"> - minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej: 69 cm - zakres pochylenia stołu: od + 90° do – 30° - maksymalna szybkość pochylenia stołu: 6°/s - max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa wzmocniacz obrazu/kaseta: 5 cm/s - silnikowy przesuw poprzeczny stołu: 22 cm - kratka przeciwróżproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi: 60l/cm - ilość pól obrazowych: 4 - prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy 1024x1024x12 bit: 7,5 obr./sek II GENERATOR <ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość: 50 kHz III LAMPA RTG <ul style="list-style-type: none"> - moc małego ogniska: 38 kW - moc dużego ogniska: 85 kW - szybkość chłodzenia anody: 135 kHU/min 	zgodnie z SIWZ